

(別添参考)

「特定保険医療材料の定義について」(平成30年3月5日保医発0305第13号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>(別表)</p> <p>I (略)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格</p> <p>001～063 (略)</p> <p>064 脊椎固定用材料</p> <p>(1)～(2)</p> <p>(3) 機能区分の定義</p> <p>①～④ (略)</p> <p>⑤ 脊椎スクリュー(固定型)</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケージを脊椎に固定することを目的に使用する<u>スクリュー又はプレート形状のもの</u>であること。</p> <p>イ スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していないこと。</p> <p>⑥～⑩ (略)</p> <p>065～201 (略)</p> <p>III～IV (略)</p>	<p>(別表)</p> <p>I (略)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格</p> <p>001～063 (略)</p> <p>064 脊椎固定用材料</p> <p>(1)～(2)</p> <p>(3) 機能区分の定義</p> <p>①～④ (略)</p> <p>⑤ 脊椎スクリュー(固定型)</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケージを脊椎に固定することを目的に使用する<u>スクリュー</u>であること。</p> <p>イ スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していないこと。</p> <p>⑥～⑩ (略)</p> <p>065～201 (略)</p> <p>III～IV (略)</p>